



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI

Direzione Acquisti, Appalti e Contratti
Settore Gare d'appalto servizi e forniture

Procedura finanziata con Fondi L. R. Sardegna 7 agosto 2007 n° 7

FAQ

Aggiornate al 14/03/2019

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, suddivisa in n. 3 lotti, per la fornitura di attrezzature scientifiche per il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca (Ce.S.A.R.) - C.U.P. F36J12000990002

6 - DOMANDA

Si chiede di chiarire l'incongruenza tra il l'Avviso di gara e la Scheda Tecnica relativamente al sistema cryo, in quanto nell'avviso di gara, nella descrizione dell'appalto del Lotto 3, il sistema cryo viene indicato a completamento dell'ultramicrotomo mentre nella scheda tecnica viene indicato che l'ultramicrotomo deve essere compatibile con un sistema cryo (eventualmente acquistabile in un secondo momento).

6- RISPOSTA

Si tratta di un refuso: l'ultramicrotomo oggetto del lotto 3 deve essere compatibile con il sistema Cryo. Nella scheda tecnica è riportata la dicitura corretta.

Pertanto il punto del bando/avviso II.2.4) Descrizione dell'appalto: fornitura, installazione e messa in funzione di un ultramicrotomo completo di tavolo antivibrante, sistema cryo, taglialame, inclusore, coloratore ed accessori Si rimanda ai documenti di gara e alla scheda tecnica relativa al lotto. - deve intendersi - II.2.4) Descrizione dell'appalto: fornitura, installazione e messa in funzione di un ultramicrotomo completo di tavolo antivibrante, compatibilità con sistema cryo, taglialame, inclusore, coloratore ed accessori. Si rimanda ai documenti di gara e alla scheda tecnica relativa al lotto.

5 - DOMANDA

Nel disciplinare di gara art. 12 pag. 8 DGUE, Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, chiedete di indicare le informazioni dei soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto e gli stessi dovranno firmare il DGUE. Chiediamo conferma che è corretto quindi indicare e far firmare solo il legale rappresentante perché sarà l'unico firmatario degli atti di gara ed escludere pertanto gli altri componenti del CdA, procuratori, institori elencati nel nostro certificato di iscrizione alla CCIAA.

5- RISPOSTA

Nella sezione B del DGUE devono essere riportate le informazioni dei soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto. Il DGUE dovrà essere sottoscritto dai soggetti indicati. Si precisa, peraltro, che in caso di mancanza di sottoscrizione da parte dei soggetti suindicati, il DGUE verrà considerato regolare ma saranno legittimati a rappresentare l'impresa esclusivamente coloro che avranno firmato il DGUE.

4 - DOMANDA

Nel disciplinare di gara art. 12.1 pag. 8 - DGUE, si richiede di indicare il fatturato dei tre esercizi finanziari 2016.2017.2018. Il fatturato del 2018 verrà approvato entro 6 mesi e, al momento, non è ancora disponibile. Può essere presentato il fatturato del triennio 2015.2016.2017?



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI

*Direzione Acquisti, Appalti e Contratti
Settore Gare d'appalto servizi e forniture*

4 - RISPOSTA

Il triennio di riferimento richiesto per il fatturato è il 2016-2017-2018.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico, che per fondati motivi (da dichiarare) non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, con riferimento al triennio richiesto 2016-2017-2018.

3 - DOMANDA

Con riferimento al lotto n. 2, sistema cromatografico UHPLC interfacciato a spettrometro di massa a mobilità ionica e detector ad alta risoluzione QTOF-MS - C.U.P. F36J12000990002 CIG: 77793434ED, si chiede il seguente chiarimento:

nella scheda tecnica viene riportato, nella sezione Elementi di valutazione di natura qualitativa, il seguente parametro: UHPLC: Flusso da 0.01 a 5 ml/min con pressione massima di esercizio > di 1000 bar; nella descrizione delle caratteristiche tecniche riportate, al punto 1, è indicato che il sistema di pompaggio deve avere le seguenti specifiche:

1 c) Flusso programmabile da 0.001 a 5 ml/min;

1 d) Pressione massima di esercizio \geq 1000 bar a 2 mL/min;

E' da considerare corretto quanto indicato al punto 1 della scheda tecnica e quindi un refuso i 5 ml indicati nella sezione elementi di valutazione?

3 - RISPOSTA

Il parametro indicato nella sezione "Elementi di valutazione di natura qualitativa" presenta un refuso pertanto è da intendersi: Flusso da 0.01 a 2 ml/min con pressione massima di esercizio > di 1000 bar.

2 - DOMANDA

Viene richiesto di dichiarare le forniture analoghe sempre del triennio 2016-2017-2018.

Possiamo indicare il triennio richiesto, oppure dobbiamo indicare le forniture analoghe 2015-2016-2017, come per il punto precedente?

2 - RISPOSTA

Il triennio richiesto per l'indicazione delle forniture analoghe è il 2016-2017-2018.

1 - DOMANDA

Si richiedono chiarimenti in merito all' "Art. 5 – Requisiti di idoneità professionale e capacità economica, finanziaria e tecnica organizzativa" del Disciplinare di Gara.

E' richiesto un fatturato minimo per il triennio 2016-2017-2018, ma il bilancio 2018 non è ancora disponibile. Possiamo quindi fornirvi il fatturato degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovvero 2015-2016-2017. Confermate che possiamo procedere?

1 - RISPOSTA

Il triennio di riferimento richiesto per il fatturato minimo è il 2016-2017-2018.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico, che per fondati motivi (da dichiarare) non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, con riferimento al triennio richiesto 2016-2017-2018.